



Class. 1.6.3

Prot. n. 0210607/21

DEL 20/12/2021

CHIARIMENTO N. 1

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER ACQUISIZIONE PREVENTIVI - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DI APPARECCHIATURE E DI AMBIENTI DI LAVORO CON STRUMENTI A RADIOFREQUENZA (COMPRESIVO DEL SOFTWARE DI GESTIONE) DA DESTINARE ALLA UOC LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

E' pervenuta richiesta di informazione complementare, formulata da società interessata all'avviso di cui all'oggetto, volta a chiedere se le prescrizioni tecniche ivi elencate ((i.e. Doppia alimentazione, almeno doppio canale, sonda PT1000) possano ritenersi indicative.

In merito al quesito sopra posto, si precisa quanto segue:

la doppia alimentazione è indispensabile al fine di garantire, in caso di assenza di corrente, l'intervento delle batterie a supporto della registrazione delle temperature. Ciò ha lo scopo di garantire la tracciabilità continua e la possibilità di decidere se il contenuto di frigoriferi e congelatori può essere conservato alla luce delle differenti temperature di conservazione (nel caso di blackout persistente). Ciò è ulteriormente motivato dal fatto che il Laboratorio di Prevenzione di ATS Città Metropolitana di Milano non dispone di generatori.

Per quanto attiene alla caratteristica tecnica del doppio canale, essa è considerata solitamente una modalità più conveniente per le aziende. Tuttavia può ritenersi valido anche un monocanale.

La decisione di optare per la sonda PT1000 anziché la sonda PT100 è motivata dalla necessità di garantire il rispetto della ISO 7218, in cui viene richiesta un'incertezza di un quarto di grado (0.25). La sonda PT100 ha un'incertezza di 0.5 che risulta incompatibile (insufficiente). Il rispetto del valore prescritto dalla ISO 7218 viene invece garantito dalla PT1000 (0.2).

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare

Avv. Francesco Ozzo

Responsabile procedimento: Avv. Francesco Ozzo

Responsabile istruttoria: Intiglietta Annarita

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969