



Class. 1.6.3

PRG. N. 65760  
12/04/2022

### CHIARIMENTO N. 3

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILIA) E L'ATS DI BERGAMO, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL RISK DI STRUMENTAZIONE VARIA OCCORRENTE AI LABORATORI DI PREVENZIONE PER UN PERIODO DI 60 MESI. ID SINTEL 152385347.**

Sono pervenute richieste di informazioni complementari, formulate da società interessata alla procedura di cui all'oggetto, volte a chiedere:

- 1) con riferimento al Lotto 3 ed in particolare alla previsione della possibilità di salvataggio in formato GLP, se si possa considerare valida l'attività di Installation Qualification (IQ) e Operation Qualification (OQ) sia dello strumento, sia del software di gestione a garanzia che i dati prodotti possano essere considerati in regime GLP (Good Laboratory Practice).
- 2) con esclusivo riferimento al Lotto 3, una dilazione dei tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto per consegna e installazione della strumentazione (45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto), imputando la richiesta a cause di forze maggiore, tra le quali la difficoltà di reperimento sul mercato mondiale di materie prime indispensabili alla produzione dei sistemi.
- 3) con esclusivo riferimento al Lotto 3, se l'aggiudicatario dovrà fornire assistenza nelle operazioni di integrazione tra il proprio software di gestione della strumentazione e il LIMS in uso presso il Laboratorio.
- 4) se i gas di collisione "Argon e Azoto", richiesti dalla Stazione Appaltante quali elementi premianti (punti 6) all'interno del parametro tecnico D - punto 2, possano essere considerati alternativi tra loro.
- 5) precisazioni in merito alle modalità di pagamento del bollo virtuale.
- 6) in ordine a quanto previsto all'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – paragrafo d) Prestazioni analitiche – di verificare l'unità di misura dei LOD dichiarati per le molecole PFBS, PFOA e PFOS.

In merito ai quesiti sopra posti, si precisa quanto segue.

- 1) Si conferma.
- 2) Si accorda un posticipo del termine di consegna e installazione da concordarsi con l'ATS di Bergamo.

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: [gare@ats-milano.it](mailto:gare@ats-milano.it) – PEC: [approvvigionamenti@pec.ats-milano.it](mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015



- 3) Si conferma quanto riportato ovvero che il concorrente deve garantire l'integrazione del software di gestione della propria strumentazione con il LIMS in uso presso il Laboratorio, per la parte di propria competenza e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
- 4) Si conferma quanto espressamente previsto nel Disciplinare di Gara in ordine al parametro D punto 2, ovvero che il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:  
Argon 0 punti,  
Argon e Azoto 6 punti. (da intendersi utilizzabili in modo alternativo non in contemporanea)
- 5) In riferimento alle modalità di pagamento dell'imposta di bollo virtuale, dovuta, ai sensi del § 14.1 del Disciplinare di Gara, per la domanda di partecipazione, si conferma che la procedura ritenuta preferenziale dalla Stazione Appaltante, in ossequio a quanto stabilito da ANAC nel Bando Tipo n. 1/2021, è quella ivi descritta, ovvero attraverso il servizio @e.bollo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che si invita a contattare per ogni eventuale indicazione operativa sul suo utilizzo. In alternativa, è ammesso il pagamento attraverso versamento con F24, del quale dovrà, in ogni caso, essere fornita prova attraverso produzione di copia quietanzata nella Busta Amministrativa.
- 6) Nell'articolo 2 del capitolato Speciale d'Appalto - sezione 2.2, paragrafo d) Prestazioni analitiche - è stata inserita, per mero errore materiale, l'unità di misura pg/L anziché ng/L per le sostanze PFBS, PFOA e PFOS. Nel riportare di seguito, le indicazioni corrette, si precisa che lo strumento deve essere in grado di rilevare le seguenti concentrazioni di sostanze (rapporto S/N ≥ 10:1) per iniezioni diretta del campione di acque e senza derivatizzazione o preconcentrazione:
- Glifosate: 10 ng/L
  - Ampa: 10 ng/L
  - Glufosinate: 10 ng/L
  - PFBS: 0,5 ng/L
  - PFOA: 0,5 ng/L
  - PFOS: 0,1 ng/L

Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare  
Avv. Francesco Ozzo

Responsabile procedimento: Avv. Francesco Ozzo  
Responsabile istruttoria: Annarita Intiglietta

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: [gare@ats-milano.it](mailto:gare@ats-milano.it) – PEC: [approvvigionamenti@pec.ats-milano.it](mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
**CQY**  
CERTICQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015