



Class. 1.6.3

Prot. 42602
del 09.03.2023

OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA ACQUISITIVA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI POMPE A BASSO E AD ALTO FLUSSO PER CAMPIONAMENTO AMBIENTALE. ID SINTEL 166115934

CHIARIMENTO N. 1

E' pervenuta la sotto indicata richiesta di informazioni complementari, formulata da società interessata alla procedura di cui all'oggetto:

Quesito 1: Si chiedono chiarimenti in merito alla normativa UNI CEN/TS 13649/2015 alla quale gli strumenti devono essere conformi.
Inoltre in merito alle pompe ad alto flusso chiediamo se è obbligatoria la certificazione ATEX.

Risposta 1: La normativa UNI CEN/TS 13649/2015 fa riferimento all'analisi in matrice aria di solventi desorbiti termicamente e chimicamente e poi analizzati in GC/MS (ambienti indoor/outdoor). In questa norma i flussi possono essere anche molto bassi (comunque coerenti con il valore inferiore del range indicato nelle caratteristiche tecniche).
Per le pompe ad alto flusso è possibile presentare manifestazione di interesse anche in assenza della certificazione ATEX.

I presenti chiarimenti costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura in oggetto.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Responsabile procedimento: Avv. Francesco Ozzo
Responsabile istruttoria: Grazia Rigoldi

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969