



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 592 DEL 22/06/2023

PROPOSTA N. 644 DEL 19/06/2023

OGGETTO: ESITO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E L'ATS DI BRESCIA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, FINANZIATA CON RISORSE PNC "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE", DI N. 2 SISTEMI GC/MS CON PURGE & TRAP OCCORRENTI AI LABORATORI DI PREVENZIONE. CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO D47G23000050002 - CIG 9730355EF3.

PUBBLICAZIONE DAL 23/06/2023

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

Proposta n. 644 del 19/06/2023

OGGETTO: ESITO PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E L'ATS DI BRESCIA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, FINANZIATA CON RISORSE PNC "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE", DI N. 2 SISTEMI GC/MS CON PURGE & TRAP OCCORRENTI AI LABORATORI DI PREVENZIONE. CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO D47G23000050002 - CIG 9730355EF3.

IL DIRETTORE UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 328 del 23.03.2023 veniva indetta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria, in unione d'acquisto tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS di Brescia, finalizzata all'affidamento della fornitura, finanziata con risorse PNC "Piano Nazionale Complementare", di n. 2 sistemi GC/MS con Purge & Trap occorrenti ai Laboratori di Prevenzione, per un importo negoziabile posto a base d'asta pari a € 276.541,24 (Iva esclusa), così suddiviso:
 - ATS della Città Metropolitana di Milano: € 138.247,24 (Iva esclusa), oltre € 46,76 riferiti agli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, per un totale di € 138.294,00;
 - ATS di Brescia: € 138.247,24 (Iva esclusa), senza oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- il criterio di aggiudicazione veniva individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa (sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri qualitativi espressamente individuati nella documentazione di gara (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo 30);

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 02.05.2023), risultava pervenuta un'offerta riconducibile al seguente operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A.;

RILEVATO che, in occasione della prima seduta pubblica, tenutasi in data 08.05.2023, il RUP, Avv. Francesco Ozzo, procedeva alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico concorrente, ammettendo lo stesso alle fasi successive della procedura come da verbale n. 27/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 469 del 15.05.2023 con la quale si ammetteva la società Agilent Technologies Italia S.p.A. alle fasi successive della presente procedura e si nominava la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- in occasione della seconda seduta pubblica, tenutasi in data 22.05.2023, la Commissione Giudicatrice procedeva alla mera constatazione della presenza, in Piattaforma Sintel, della documentazione tecnico – qualitativa prodotta dal concorrente ammesso, come da verbale n. 37/2023;
- in occasione della prima seduta riservata, tenutasi in stessa data, la Commissione Giudicatrice procedeva alla lettura, all'analisi e alla valutazione della documentazione tecnico-qualitativa, assegnando al termine i punteggi riportati nel verbale n. 38/2023;
- in occasione della terza seduta pubblica, tenutasi in data 06.06.2023 e i cui esiti sono riportati nel verbale n. 41/2023, la Commissione Giudicatrice:
 - rendeva noto il punteggio tecnico – qualitativo finale attribuito all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in esame, riparametrato come segue:

Totale punteggio di qualità relativo	Totale punteggio di qualità riparametrato
64,00	70,00

- procedeva all'apertura dell'offerta economica, rendendo noto l'importo complessivo offerto dalla società concorrente pari a € 271.301,58 così suddiviso tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS di Brescia (mandante):

Amministrazione	Descrizione fornitura	Totale punteggio qualità assegnato	Punteggio economico	Totale punteggio	Costi per rischio da interferenza a non soggetti a ribasso (Iva esclusa)	Importo offerto al netto degli oneri da interferenza (Iva esclusa)	Importo offerto complessivo degli oneri da interferenza (Iva esclusa)
ATS Città Metropolitana di Milano	n. 1 sistema GC/MS con Purge & Trap	70,00	30,00	100,00	€ 46,76	€ 135.721,94	€ 135.768,70
ATS di Brescia	n. 1 sistema GC/MS con Purge & Trap				€ 0	/	€ 135.532,88

PRESO ATTO come la Piattaforma Sintel non abbia valutato l'offerta come versante in condizioni di sospetta anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, dunque, di:

- approvare le risultanze delle operazioni svolte, riportate nei verbali n. 37/2023, 38/2023 e 41/2023, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- aggiudicare, previo esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 71 e ss. del DPR 445/2000 sulla dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente sul possesso dei requisiti amministrativi – all'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A. l'affidamento della fornitura, di n. 2 sistemi GC/MS con Purge & Trap occorrenti ai Laboratori di Prevenzione per un importo complessivo pari a € 271.301,58 (Iva esclusa), comprensivo degli oneri da interferenza pari a € 46,76 per l'ATS della Città Metropolitana di Milano;

STABILITO all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto il seguente "Piano di Fornitura":

- consegna di ciascun sistema entro 60 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi) decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto;

- installazione collaudo entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all'A.T.S. di Brescia (mandante) per i competenti e successivi adempimenti;

ATTESO che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 136/2010 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i, ha esteso l'obbligo di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta;
- per l'acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad A.N.A.C. il relativo CIG "derivato";

PRESO ATTO del CIG "derivato", assegnato dalla predetta Autorità all'ATS della Città Metropolitana di Milano: CIG 989710014B;

VISTA l'attribuzione dei codici CUP Master I83C22000640005 e CUP collegato D47G23000050002;

INDIVIDUATO, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Federica Tacchini, Assistente Tecnico della SS Laboratorio Chimico, che presiederà le attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportato per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

DATO ATTO che verranno effettuate le pubblicazioni di legge, ai sensi degli artt. 72 e 73, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per una spesa presunta pari a € 5.000,00 (Iva inclusa);

RITENUTO di accantonare gli importi di cui al Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione n. 776 del 23.09.2022, demandando al RUP i successivi adempimenti;

II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della UOC Programmazione e Gestione e Gare, Avv. Francesco Ozzo, che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di approvare i verbali n. 37/2023, 38/2023 e 41/2023, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. aggiudicare, previo esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 71 e ss. del DPR 445/2000 sulla dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente sul possesso dei requisiti amministrativi, all'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A., la fornitura di n. 2 sistemi GC/MS con Purge & Trap occorrenti ai Laboratori di Prevenzione per un importo complessivo pari a € 271.301,58 (Iva esclusa), comprensivo degli oneri da interferenza pari a € 46,76 per l'ATS della Città Metropolitana di Milano, così suddiviso tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS di Brescia (mandante):

Amministrazione	Descrizione fornitura	Costi per rischio da interferenza non soggetti a ribasso (Iva esclusa)	Importo offerto AL NETTO degli oneri (Iva esclusa)	Importo offerto COMPRENSIVO degli oneri da interferenza (Iva esclusa)
ATS Città Metropolitana di Milano.	n. 1 sistema GC/MS con Purge & Trap	€ 46,76	€ 135.721,94	€ 135.768,70
ATS di Brescia	n. 1 sistema GC/MS con Purge & Trap	€ 0	€ 135.532,88	€ 135.532,88

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all'A.T.S. di Brescia (mandante) per i competenti e successivi adempimenti;
4. di prendere atto:
- del CIG "derivato" 989710014B, assegnato dalla predetta Autorità di interesse di ATS della Città Metropolitana di Milano;
 - dei codici CUP Master I83C22000640005 e CUP collegato D47G23000050002;
5. di individuare, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Federica Tacchini, Assistente Tecnico della SS Laboratorio Chimico, che presiederà le attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportato per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;
6. di dare mandato alla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di iscrivere la spesa di € 135.721,94, oltre € 46,76 riferiti agli oneri della sicurezza, oltre all'Iva del 22% pari a € 29.869,11 per un totale di € 165.637,81 al competente conto patrimoniale di seguito specificato al bilancio dell'anno 2023 – Sezione Sanitaria:

C.P. 10110001 Apparecchiature sanitarie € 165.637,81

7. di dare atto che la spesa pari a € 165.637,81 (IVA inclusa) derivante dal presente provvedimento è a totale carico delle risorse finanziate con PNC, di cui alla DGR XI/7845 del 31.01.2023;
8. di dare mandato alla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di iscrivere la spesa presunta da sostenersi per effettuare le pubblicazioni di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di € 5.000,00, Iva inclusa, al competente conto economico di seguito specificato del bilancio dell'anno 2023 – Sezione Sanitario:

C.E. 30216051

Pubblicazioni

€ 5.000,00;

9. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione degli incentivi per funzioni tecniche inerenti alla presente procedura sulla base dei criteri di cui al Regolamento approvato con Deliberazione n. 776 del 23.09.2022;
10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;
11. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.



Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W. Bergamaschi".

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e della L.R. 33/2009 e s.m.i. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

Giovanni Cialone A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Cialone".

Il Direttore Sanitario

Frida Fagandini A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Fagandini".

Il Direttore Socio Sanitario

Rossana Angela Giove A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Giove".



ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 644 del 19/06/2023

Oggetto: ESITO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E L'ATS DI BRESCIA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, FINANZIATA CON RISORSE PNC "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE", DI N. 2 SISTEMI GC/MS CON PURGE & TRAP OCCORRENTI AI LABORATORI DI PREVENZIONE. CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO D47G23000050002 - CIG 9730355EF3.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELL'ITER PROCEDURALE

Si attesta la regolarità dell'iter procedurale della presente proposta deliberativa per quanto di competenza.

Milano, 21/06/2023



Il Direttore
SSD Attività Istituzionali e Supporto alla
Direzione Amministrativa
Vanda Rivelli



Class. 1.6.3

VERBALE N. 37 DEL 22.05.2023

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E L'ATS DI BRESCIA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, FINANZIATA CON RISORSE PNC "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE", DI N. 2 SISTEMI GC/MS CON PURGE & TRAP OCCORRENTI AI LABORATORI DI PREVENZIONE.
CUP MASTER I83C22000640005 – CUP COLLEGATO ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO D47G23000050002 – CIG 9730355EF3.**

PREMESSO CHE

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

- con Deliberazione n. 328 del 23.03.2023 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria, in unione d'acquisto tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS di Brescia, finalizzata all'affidamento della fornitura, finanziata con risorse PNC "Piano Nazionale Complementare", di n. 2 sistemi GC/MS con Purge & Trap occorrenti ai Laboratori di Prevenzione;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 02.05.2023), risultava pervenuta su Piattaforma Sintel, l'offerta riconducibile all'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A.;
- con verbale n. 27 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta pubblica, tenutasi in data 08.05.2023;
- con Deliberazione n. 469 del 12.05.2023, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procedeva all'ammissione dell'operatore economico concorrente e si nominava la Commissione Giudicatrice;
- con nota Prot. n. 90993 del 19.05.2023, pubblicata su Sintel e sul sito aziendale www.ats-milano.it, veniva dato avviso di convocazione per la seconda seduta pubblica;

CIO' PREMESSO

Il giorno **22.05.2023** alle ore **10:35** si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 469/2023, così composta:

- Presidente: Valeria Rosaria Sereno, Tecnico della Prevenzione della SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- Componente: Daniele Bergamaschi, Collaboratore Tecnico Professionale della SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- Componente: Silene Carollo, Tecnico chimico dell'ATS di Brescia.

E' stato disposto nel Disciplinare di Gara che le sedute si sarebbero tenute con collegamenti in modalità di teleconferenza mediante l'utilizzo di Microsoft Teams.
Pertanto la Commissione risulta collegata tramite la suddetta piattaforma.

A tal fine, è stato richiesto al concorrente – con apposita nota - di comunicare un indirizzo mail (non PEC) a cui trasmettere, nel termine assegnato, l'invito a presenziare.

Risulta collegato e, dunque presente alla seduta pubblica, il delegato della società Agilent Technologies Italia S.p.A., Giuseppe Gallelli (C.I. n. CA35009AW).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

DB
F



Class. 01.06.03

VERBALE N. 38 DEL 22.05.2023

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E L'ATS DI BRESCIA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, FINANZIATA CON RISORSE PNC "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE", DI N. 2 SISTEMI GC/MS CON PURGE & TRAP OCCORRENTI AI LABORATORI DI PREVENZIONE.
CUP MASTER I83C22000640005 – CUP COLLEGATO ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO D47G23000050002 – CIG 9730355EF3.

PRIMA SEDUTA RISERVATA**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 328 del 23.03.2023 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria, in unione d'acquisto tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS di Brescia, finalizzata all'affidamento della fornitura, finanziata con risorse PNC "Piano Nazionale Complementare", di n. 2 sistemi GC/MS con Purge & Trap occorrenti ai Laboratori di Prevenzione;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 02.05.2023), risultava pervenuta su Piattaforma Sintel, l'offerta riconducibile all'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A.;
- con verbale n. 27 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta pubblica, tenutasi in data 08.05.2023;
- con Deliberazione n. 469 del 12.05.2023, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si nominava la Commissione Giudicatrice;
- con verbale n. 37 venivano registrate le operazioni relative alla seconda seduta pubblica, tenutasi in data 22.05.2023;

CIO' PREMESSO

Il giorno **22.05.2023** alle **ore 11.00** si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 469/2023, così composta:

- Presidente: Valeria Rosaria Sereno, Tecnico della Prevenzione della SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- Componente: Daniele Bergamaschi, Collaboratore Tecnico Professionale della SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- Componente: Silene Carollo, Tecnico chimico dell'ATS di Brescia.

È stato disposto nel Disciplinare di Gara che le sedute si sarebbero tenute con collegamenti in modalità di teleconferenza mediante l'utilizzo di Microsoft Teams.

Pertanto i componenti risultano collegati tramite la suddetta piattaforma.

La Commissione procede alla lettura del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare di gara e avvia l'analisi e la valutazione della documentazione tecnico-qualitativa prodotta dal concorrente, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui a pag. 48 e ss del Disciplinare di gara.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Agilent Technologies Italia S.p.A.

CRITERIO PARAMETRO A - Gascromatografo - PUNTI 24**Sub criterio A.1 (punteggio max 2)**

E' stabilito nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per il gascromatografo offerto, il valore range di temperatura del forno.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è pari a 450°C, valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero fino a 400°C - 0 punti/ oltre 400°C - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio A.2 (punteggio max 2)

E' stabilito nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per il gascromatografo offerto, il valore range di temperatura del forno programmabile.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è pari a 20, valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero fino a 15 - 0 punti/ oltre 15 - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio A.3 (punteggio max 2)

Nel Disciplinare di gara si chiede al concorrente di dichiarare, per il gascromatografo offerto, la velocità di riscaldamento del forno.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è pari a 120°C/min , valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero fino a 100°C/min - 0 punti/ oltre 100°C/min - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio A.4 (punteggio max 2)

Nel Disciplinare di gara si chiede al concorrente di dichiarare, per il gascromatografo offerto, la velocità di raffreddamento del forno da 450 a 50 °C (temperatura ambiente pari a 22 °C) senza l'ausilio di sistemi criogenici.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è pari a: < 4 min , valutato all'unanimità adeguato.



Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero > 4 min - 0 punti/ oltre < 4 min - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio A.5 (punteggio max 2)

Nel Disciplinare di gara si chiede al concorrente di dichiarare, per il gascromatografo offerto, gli incrementi elettronici della pressione (controllo e precisione).

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è pari a : incrementi di 0.001 PSI, valutato all'unanimità pienamente adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero fino 0,01 psi - 0 punti/ fino a 0,001 psi - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio A.6 (punteggio max 4)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per lo gascromatografo offerto, l'iniettore è costruito/realizzato in materiale completamente inerte.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il concorrente garantisce la totale inerzia del materiale di cui è composto l'iniettore offerto.

Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente adeguato (Risposta: SI').

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 4.**

Sub criterio A.7 (punteggio max 2)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, nel sistema GC/MS offerto, vi sia la funzione blocco dei tempi di ritenzione.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che per il sistema offerto è prevista tale funzione di blocco. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente adeguato (Risposta: SI').

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio A.8 (punteggio max 8)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per il sistema GC/MS offerto, il dispositivo automatico, nell'agire tra un'analisi e l'altra, permetta - senza rimuovere la colonna - l'eliminazione degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti in tutta la lunghezza della colonna.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che per il sistema offerto è prevista tale funzione e in particolare il dispositivo è posizionabile da inizio-metà e fine colonna. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero "Dispositivo posizionabile solo ad inizio colonna" - 0 punti/ "Dispositivo posizionabile da inizio-metà e fine colonna" - 8 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 8.**

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio 45 - Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it - PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



CRITERIO PARAMETRO B - Campionatore Purge & Trap – PUNTI 4

Sub criterio B.1 (punteggio max 2)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per il sistema offerto, vi sia la possibilità di effettuare accesso casuale ai campioni posizionati sull'autocampionatore senza disporli necessariamente in sequenza continua per tipologia di matrice.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto per il sistema offerto è prevista tale possibilità. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto adeguato (Risposta: SI').

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero NO - 0 punti/ SI' - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio B.2 (punteggio max 2)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per il sistema offerto, vi sia il sensore per il controllo della formazione di schiuma, in grado anche di eliminarla senza dover interrompere l'analisi in corso.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che per il sistema offerto è previsto tale sensore. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto adeguato (Risposta: SI').

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero NO - 0 punti/ SI' - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

CRITERIO PARAMETRO C - Detector a Singolo Quadrupolo – PUNTI 32

Sub criterio C.1 (punteggio max 2)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari, per il sistema offerto, la sorgente El Inert.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che per il sistema offerto è prevista la sorgente El inerte, valutata all'unanimità adeguata.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero "Ricoperta" - 0 punti/ "Costruita" - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio C.2 (punteggio max 2)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per il sistema offerto, il numero di filamenti contemporaneamente installati in sorgente e selezionabili da software.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il numero dichiarato è di n. 2 filamenti, valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero "1 filamento" - 0 punti/ "2 filamenti" - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio C.3 (punteggio max 4)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per il sistema offerto, la temperatura massima della sorgente El.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato della temperatura è pari a 350°C , valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero "fino a 300°C" - 0 punti/ "fino a 350°C" - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio C.4 (punteggio max 8)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari, per il sistema offerto, la sensibilità in modalità El SIM espressa come IDL, ottenuta mediante 8 iniezioni consecutive di 1 µl di Octafluoronaftalene a 100 fg/µl OFN, monitorando lo ione m/z 272 (utilizzando una colonna 30 m x 0.25 µm). $IDL = (2,998 * RSD * conc.) / 100$ con $t = 2,998$ dove "t" è pari al 99% di confidenza e "n-1" gradi di libertà corrispondente.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è pari a 10, valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero "IDL ≤ 20" - 0 punti/ "fino IDL ≤ 10" - 8 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 8.**

Sub criterio C.5 (punteggio max 2)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per il sistema offerto, la velocità di scansione amu/sec. Deve, inoltre, indicare lo step size a cui si è riferita la misura.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è pari a 12500/sec , valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero "> 11000" - 0 punti/ "> 12000" - 2 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio C.6 (punteggio max 7)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, nel sistema proposto, vi sia la possibilità di riscaldare automaticamente e singolarmente le tre zone dell'analizzatore: Transfer Line (1), Sorgente (2) e Quadrupolo (3). Da indicare quali e quante zone.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che per il sistema offerto è prevista tale possibilità per le zone 1/ 2/ 3. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero "1 e 2" - 0 punti/ "1, 2 e 3" - 7 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 7.**

Sub criterio C.7 (punteggio max 7)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per il sistema offerto, dovrà dichiarare la temperatura di termostatazione del Quadrupolo intendendo per quest'ultimo solo il filtro di Massa (non sono considerate guide ottiche o sistemi di trasferimento degli ioni).

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è fino a 200°C , valutato all'unanimità adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (ovvero fino a 150°C - 0 punti/ fino a 200°C - 7 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 7.**

CRITERIO PARAMETRO D - Caratteristiche migliorative del sistema – PUNTI 4

Sub criterio D.1 (punteggio max 2)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, nel sistema offerto, vi sia la possibilità di elaborare/utilizzare con lo stesso Software precedenti dati, metodi e sequenze acquisite con Sistemi GC/MS Serie 5973 e/o 5975 già presenti nel laboratorio.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che nel sistema offerto è prevista tale capacità. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto adeguato. (Risposta: SI).

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

Sub criterio D.2 (punteggio max 2)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, nel sistema offerto, vi sia la pompa rotativa (basso vuoto) senza utilizzo di olio (low-noise).

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che nel sistema offerto è previsto tale elemento. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto adeguato. (Risposta: SI').

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 2.**

CRITERIO PARAMETRO E - Garanzia – PUNTI 6

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

DBey



Sub criterio E.1 (punteggio max 6)

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se intenda offrire una garanzia oltre i 24 mesi previsti nel Capitolato Speciale d' Appalto.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che per il sistema offerto non è prevista una garanzia ulteriore , rispetto ai 24 previsti nel CSA. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto non adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare con soglie di punteggi previamente stabilite nella documentazione di gara (da 25 e fino a 36 mesi - 3 punti/ da 37 e fino a 48 mesi - 6 punti), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 0.**


Totale punteggio assegnato all'operatore economico Agilent Technologies Italia Sp.A.: 64.00


OPERAZIONI CONCLUSIVE


Il Presidente sospende la seduta alle ore **12.11**

Letto, firmato e sottoscritto:

- Sereno Valeria Rosaria
- Bergamaschi Daniele
- Carollo Silene







AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



VERBALE N. 41 DEL 06.06.2023

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILIA) E L'ATS DI BRESCIA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, FINANZIATA CON RISORSE PNC "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE", DI N. 2 SISTEMI GC/MS CON PURGE & TRAP OCCORRENTI AI LABORATORI DI PREVENZIONE.
CUP MASTER I83C22000640005 – CUP COLLEGATO ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO D47G23000050002 – CIG 9730355EF3.**

TERZA SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 328 del 23.03.2023 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria, in unione d'acquisto tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS di Brescia, finalizzata all'affidamento della fornitura, finanziata con risorse PNC "Piano Nazionale Complementare", di n. 2 sistemi GC/MS con Purge & Trap occorrenti ai Laboratori di Prevenzione;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 02.05.2023), risultava pervenuta su Piattaforma Sintel, l'offerta riconducibile all'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.A.;
- con verbale n. 27 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta pubblica, tenutasi in data 08.05.2023;
- con Deliberazione n. 469 del 12.05.2023, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procedeva all'ammissione dell'operatore economico concorrente e si nominava la Commissione Giudicatrice;
- con verbale n. 37/2023 venivano registrate le operazioni relative alla seconda seduta pubblica;
- con verbale n. 38/2023 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta riservata;
- con avviso prof. n. 95084 del 29.05.2023, veniva convocata la terza seduta pubblica dandone comunicazione al concorrente attraverso pubblicazione dello stesso su Piattaforma Sintel e su sito aziendale, fissata per il giorno 31.05.2023 alle ore 9:30;
- in data 31.05.2023 alle ore 9:50, si rimandava la terza seduta pubblica, a causa dell'assenza del componente della Commissione Giudicatrice, dr.ssa Silene Carollo, dandone comunicazione durante il collegamento in modalità di teleconferenza mediante l'utilizzo di Microsoft Teams anche alla società concorrente, presente nella persona del Sig. Giuseppe Gallelli (C.I. n. CA 35009AW), delegato per Agilent Technologies Italia S.p.A.;
- in tale occasione, si comunicava verbalmente al concorrente la nuova data di convocazione della terza seduta pubblica;

CIO' PREMESSO

Il giorno **06.06.2023** alle ore **09:07** si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 469/2023, così composta:

- Presidente: Valeria Rosaria Sereno, Tecnico della Prevenzione della SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- Componente: Daniele Bergamaschi, Collaboratore Tecnico Professionale della SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- Componente: Silene Carollo, Tecnico chimico dell'ATS di Brescia.

E' stato disposto nel Disciplinare di Gara che le sedute si sarebbero tenute con collegamenti in modalità di teleconferenza mediante l'utilizzo di Microsoft Teams.

Pertanto i componenti della Commissione Giudicatrice risultano tutti collegati tramite la suddetta piattaforma.

Risulta collegato e, dunque presente alla seduta pubblica, il delegato della società Agilent Technologies Italia S.p.A., Giuseppe Gallelli (C.I. n. CA35009AW).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

DBY
[Signature]



Risultano inoltre presenti presso gli uffici della UOC Programmazione e Gestione Gare, siti in Via Conca del Naviglio, 45, al IV piano, il RUP Francesco Ozzo, Annarita Intiglietta e Carmela Merola, che supporteranno la Commissione Giudicatrice nelle operazioni che verranno svolte su Piattaforma Sintel.

Il Presidente riporta ai presenti le risultanze dell'attività di analisi condotta dalla Commissione in ordine alla documentazione tecnica prodotta dal concorrente. In particolare, viene data lettura dei punteggi attribuiti, e segnalemente:

Agilent Technologies Italia S.p.A.

Il dettaglio dei punteggi tecnico-qualitativi assegnati, nonché i relativi giudizi espressi sulle relazioni prodotte dalla società concorrente, sono riportate nel verbale n. 38/2023, al quale, pertanto, si rinvia.

Di seguito, per comodità, si riporta esclusivamente il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in esame.

Società	Totale Punteggio di Qualità <i>relativo</i>	Totale Punteggio di qualità <i>riparametrato</i>
Agilent Technologies Italia S.p.A.	64,00	70,00

FASE APERTURA BUSTA ECONOMICA

Terminate le suddette operazioni, la Commissione procede all'apertura della busta economica caricata a sistema dall'unico concorrente, procedendo alla lettura dell'offerta economica, di seguito riportata:

A	B	C	D	E	F	G
	ATS Città Metropolitana di Milano			ATS di Brescia		
Base d'asta negoziabile (Iva esclusa) ATS della Città Metropolitana di Milano	Costi della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso (iva esclusa)	Importo offerto (Iva esclusa) AL NETTO degli oneri ATS della Città Metropolitana di Milano	Importo offerto (Iva esclusa) COMPRENSIVO degli oneri totale ATS Milano (B+C)	Base d'asta negoziabile (Iva esclusa) ATS di Brescia	Importo offerto (Iva esclusa) ATS di Brescia	Importo complessivo offerto (Iva esclusa) (D+F)
€ 138.247,24	€ 46,76	€ 135.721,94	135.768,70	€ 138.247,24	€ 135.532,88	€ 271.301,58

Viene verificata dalla Commissione la corrispondenza tra i valori relativi ai costi del personale e agli oneri aziendali della sicurezza indicati dal concorrente in Piattaforma Sintel e nell'Allegato B-Offerta Economica.

La Commissione prende, in ultimo, atto che l'offerta presentata dall'operatore in parola non viene automaticamente segnalata dalla Piattaforma Sintel come versante in condizioni di sospetta anomalia.

OPERAZIONI CONCLUSIVE

Terminata l'apertura della busta economica, si propone l'aggiudicazione per la società Agilent Technologies Italia S.p.A.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:20.

Letto, firmato e sottoscritto:

Sereno Valeria Rosaria

Bergamaschi Daniele

Carollo Silene

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969