



CL 01.01.02

**DELIBERAZIONE N. 776 DEL 03/08/2023**

**PROPOSTA N. 837 DEL 02/08/2023**

**OGGETTO: ESITO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO A MEDIO-ALTA SENSIBILITA' INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI (U-HPLC) DA INSTALLARE PRESSO LA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE (AREA CHIMICA) DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

**PUBBLICAZIONE DAL 04/08/2023**

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02  
Proposta n. 837 del 02/08/2023

**OGGETTO: ESITO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO A MEDIO-ALTA SENSIBILITA' INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI (U-HPLC) DA INSTALLARE PRESSO LA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE (AREA CHIMICA) DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

### IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 411 del 20.04.2023 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC) da installare presso la SC Laboratorio di Prevenzione (area chimica), per un importo negoziabile posto a base d'asta pari a € 450.046,76 (Iva esclusa), comprensivo dei costi di sicurezza derivante da interferenza non soggetti a ribasso;
- il criterio di aggiudicazione veniva individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa (sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri qualitativi espressamente individuati nella documentazione di gara (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo 30);

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 20.06.2023), risultava pervenuta su Piattaforma SinTel un'offerta riconducibile all'operatore economico AB Sciex S.r.l.;

RILEVATO che, in occasione della prima seduta pubblica, tenutasi in data 23.06.2023, il RUP, Avv. Francesco Ozzo, procedeva alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico concorrente, in esito della quale veniva attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a favore di AB Sciex S.r.l., come da verbale n. 50/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 686 del 13.07.2023 con la quale si ammetteva la società concorrente alle fasi successive della presente procedura e si nominava la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- in occasione della terza seduta pubblica, tenutasi in data 24.07.2023, la Commissione Giudicatrice procedeva alla mera constatazione della presenza, in Piattaforma Sintel, della documentazione tecnico – qualitativa prodotta dal concorrente ammesso, come da verbale n. 67/2023;

49

- in occasione della prima seduta riservata, tenutasi in stessa data, la Commissione Giudicatrice procedeva alla lettura, all'analisi e alla valutazione della documentazione tecnico-qualitativa, assegnando al termine i punteggi riportati nel verbale n. 68/2023;
- in occasione della quarta seduta pubblica, tenutasi in data 27.07.2023 e i cui esiti sono riportati nel verbale n. 71/2023, la Commissione Giudicatrice:
  - rendeva noto il punteggio tecnico – qualitativo finale attribuito all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in esame, riparametrato come segue:

Totale punteggio di qualità relativo	Totale punteggio di qualità riparametrato
67,00	70,00

- procedeva all'apertura dell'offerta economica, rendendo noto l'importo complessivo offerto dalla società concorrente pari a € 442.730,00 (Iva esclusa) al netto dei costi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 46,76:

Descrizione	A	B	C	D
	Importo a base d'asta 60 mesi complessivo compresi costi da interferenza non soggetti a ribasso (Iva esclusa)	Costi per rischio da interferenza non soggetti a ribasso (Iva esclusa)	Importo negoziabile su cui presentare offerta (Iva esclusa) (A – B)	Importo complessivo offerto al netto dei costi colonna B (Iva esclusa)
Noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC), comprensivo di formazione e garanzia/assistenza tecnica full- risk per 60 mesi	€ 450.046,76	€ 46,76	€ 450.000,00	€ 442.730,00
Totale				€ 442.730,00

PRESO ATTO come la Piattaforma Sintel non abbia valutato offerta come versante in condizioni di sospetta anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO, altresì, del valore di riscatto offerto dall'operatore economico AB Sciex S.r.l. per la strumentazione in parola pari a € 45.000,00 (Iva esclusa), come richiesto all'art 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto - quale opzione eventualmente da attivarsi a fine periodo contrattuale, esercitabile unilateralmente e ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;

RITENUTO, dunque, di:

- approvare le risultanze delle operazioni svolte, riportate nei verbali n. 67/2023, 68/2023 e 71/2023, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

- aggiudicare, previo esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 71 e ss. del DPR 445/2000 sulla dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente sul possesso dei requisiti amministrativi – all'operatore economico AB Sciex S.r.l. l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC) occorrente alla SC Laboratorio di Prevenzione (area chimica), per un importo complessivo pari a € 442.776,76 (Iva esclusa), comprensivo degli oneri da interferenza pari a € 46,76;

STABILITO all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto il seguente "Piano di Fornitura":

- la consegna, l'installazione e la messa in funzione dell'apparecchiatura, comprensiva di tutti gli elementi /strumenti costituenti l'intero sistema HPLC-MS/MS - entro 45 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi) decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto;
- il collaudo - entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dall'installazione, dal cui esito positivo decorrerà il Contratto;

CONVENUTO, presumibilmente, di far decorrere lo stipulando Contratto d'Appalto relativo al servizio *de quo* dalla data successiva a quella di scadenza del precedente contratto di noleggio di analoga apparecchiatura (Deliberazione n. 1022/2018) – quindi dal 1.11.2023 sino al 31.10.2028;

INDIVIDUATO, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Marcello Freguglia, Collaboratore Tecnico Professionale della SS Laboratorio Chimico, che presiederà le attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportato per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

DATO ATTO che verranno effettuate le pubblicazioni di legge, ai sensi degli artt. 72 e 73, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per una spesa presunta pari a € 5.000,00 (Iva inclusa);

RITENUTO di accantonare gli importi di cui al Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione n. 776 del 23.09.2022, demandando al RUP i successivi adempimenti;

## II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della SC Gestione Acquisti, Avv. Francesco Ozzo, che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DELIBERA

1. di approvare i verbali n. 67/2023, 68/2023 e 71/2023, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. aggiudicare, previo esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 71 e ss. del DPR 445/2000 sulla dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente sul possesso dei requisiti amministrativi – all'operatore economico AB Sciex S.r.l. l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC) occorrente alla SC Laboratorio di Prevenzione (area chimica), per un importo complessivo pari a € 442.776,76 (Iva esclusa), comprensivo degli oneri da interferenza pari a € 46,76;
3. di dare atto che il Contratto d'Appalto avrà decorrenza dall'esito positivo del collaudo della strumentazione fornita a noleggio, presumibilmente dal 01.11.2023 al 31.10.2028;
4. di individuare, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Marcello Freguglia, Collaboratore Tecnico Professionale della SS Laboratorio Chimico, che presiederà le attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportato per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;
5. di dare mandato alla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di iscrivere la spesa di € 442.730,00, oltre € 46,76 riferiti agli oneri della sicurezza, oltre all'Iva del 22% pari a € 97.410,89 per un totale di € 540.187,65 al competente conto economico di seguito specificato del bilancio degli anni 2023/2024/2025/2026/2027/2028 – Sezione sanitario:
  - C.E. 30401003 Noleggio impianti e attrezzature sanitarie € 18.061,40 (2 mesi 2023 comprensivi degli oneri da interferenza)
  - C.E. 30401003 Noleggio impianti e attrezzature sanitarie € 108.026,12 (12 mesi 2024)
  - C.E. 30401003 Noleggio impianti e attrezzature sanitarie € 108.026,12 (12 mesi 2025)
  - C.E. 30401003 Noleggio impianti e attrezzature sanitarie € 108.026,12 (12 mesi 2026)
  - C.E. 30401003 Noleggio impianti e attrezzature sanitarie € 108.026,12 (12 mesi 2027)
  - C.E. 30401003 Noleggio impianti e attrezzature sanitarie € 90.021,77 (10 mesi 2028)
6. di dare mandato alla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di iscrivere la spesa presunta da sostenersi per effettuare le pubblicazioni di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di € 5.000,00, Iva inclusa, al competente conto economico di seguito specificato del bilancio dell'anno 2023 – Sezione Sanitario:
  - C.E. 30216051 Pubblicazioni € 5.000,00;
7. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione degli incentivi per funzioni tecniche inerenti la presente procedura sulla base dei criteri di cui al Regolamento approvato con Deliberazione n. 776 del 23.09.2022;
8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.



Il Direttore Generale  
Walter Bergamaschi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W. Bergamaschi".

**Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e della L.R. 33/2009 e s.m.i. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale**

Il Direttore Amministrativo  
Giovanni Cialone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Cialone".

Il Direttore Sanitario  
Frida Fagandini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Fagandini".

Il Direttore Socio Sanitario  
Rossana Angela Giove

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Giove".



---

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 837 del 02/08/2023

Oggetto: ESITO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO A MEDIO-ALTA SENSIBILITA' INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI (U-HPLC) DA INSTALLARE PRESSO LA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE (AREA CHIMICA) DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 60 MESI.

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELL'ITER PROCEDURALE**

Si attesta la regolarità dell'iter procedurale della presente proposta deliberativa per quanto di competenza.

Milano, 03/08/2023



Il Direttore  
SSD Attività Istituzionali e Supporto alla  
Direzione Amministrativa

Yanda Rivelli



Class. 1.6.3

**VERBALE N. 67 DEL 24.07.2023**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO A MEDIO-ALTA SENSIBILITA' INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI (U-HPLC) DA INSTALLARE PRESSO LA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE (AREA CHIMICA) DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

**TERZA SEDUTA PUBBLICA**

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 411 del 20.04.2023 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC) da installare presso la SC Laboratorio di Prevenzione (area chimica) dell'ATS della Città Metropolitana di Milano per un periodo di 60 mesi;
- entro il termine di scadenza delle offerte (ore 12:00 del 20.06.2023), risultava pervenuta su Piattaforma SinTel un'offerta riconducibile all'operatore economico AB Sciex S.r.l.;
- con verbale n. 50/2023 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta pubblica, in esito della quale veniva attivato il soccorso istruttorio in favore dell'operatore economico concorrente;
- con verbale n. 56/2023 venivano registrate le operazioni relative alla seconda seduta pubblica;
- con Deliberazione n. 686 del 13.07.2023, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procedeva all'ammissione dell'operatore economico si nominava la Commissione Giudicatrice;
- con nota Prot. n. 130819 del 19.07.2023, pubblicata su Sintel e sul sito aziendale [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it), veniva dato avviso di convocazione per la terza seduta pubblica;

**CIO' PREMESSO**

Il giorno **24.07.2023** alle ore **9:32** presso gli uffici della SC Gestione Acquisti, siti in Via Conca del Naviglio, n. 45, al IV piano, si riunisce, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 686/2023, così composta:

- Presidente: Dirigente Chimico della UOS Laboratorio Chimico - Marco Rizzi;
- Componente: Dirigente Chimico della UOS Laboratorio Chimico - Giuseppina Amato;
- Componente: Tommaso Oteri, Profess. Tecnico Sanitario SC Laboratorio di Prevenzione.

È stato disposto nel Disciplinare di Gara che le sedute si sarebbero tenute con collegamenti in modalità di teleconferenza mediante l'utilizzo di Microsoft Teams.  
Pertanto i componenti risultano collegati tramite la suddetta piattaforma.

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381

e-mail: [gare@ats-milano.it](mailto:gare@ats-milano.it) – PEC: [approvvigionamenti@pec.ats-milano.it](mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969





A tal fine, è stato richiesto al concorrente – con apposita comunicazione attraverso la Piattaforma Sintel - di comunicare un indirizzo mail (non PEC) a cui trasmettere, nel termine assegnato, l'invito a presenziare.

L'operatore economico interessato non ha fornito riscontro, quindi non risulta collegato alla seduta.

Risultano inoltre presenti presso gli uffici della SC Gestione Acquisti, siti in Via Conca del Naviglio, 45, al IV piano, il RUP Francesco Ozzo, Annarita Intiglietta, che supporteranno la Commissione Giudicatrice nelle operazioni che verranno svolte su Piattaforma Sintel, al fine di constatare la mera presenza del file dell'offerta tecnica all'interno dell'apposito spazio creato nel Sistema.

#### OPERAZIONI CONCLUSIVE

Terminate tali operazioni, la Commissione dichiara sospesa la seduta alle **ore 9:38**.

I lavori proseguiranno in una o più successive sedute riservate, che si terranno secondo le disponibilità dei membri della Commissione Giudicatrice.

Letto, firmato e sottoscritto:

Marco Rizzi

Giuseppina Amato

Tommaso Oteri



Class. 01.06.03

**VERBALE N. 68 DEL 24.07.2023**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO A MEDIO-ALTA SENSIBILITA' INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI (U-HPLC) DA INSTALLARE PRESSO LA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE (AREA CHIMICA) DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

**PRIMA SEDUTA RISERVATA****PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 411 del 20.04.2023 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC) da installare presso la SC Laboratorio di Prevenzione (area chimica) dell'ATS della Città Metropolitana di Milano per un periodo di 60 mesi;
- entro il termine di scadenza delle offerte (ore 12:00 del 20.06.2023), risultava pervenuta su Piattaforma SinTel un'offerta riconducibile all'operatore economico AB Sciex S.r.l.;
- con verbale n. 50/2023 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta pubblica, in esito della quale veniva attivato il soccorso istruttorio in favore dell'operatore economico concorrente;
- con verbale n. 56/2023 venivano registrate le operazioni relative alla seconda seduta pubblica;
- con Deliberazione n. 686 del 13.07.2023, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procedeva all'ammissione dell'operatore economico e si nominava la Commissione Giudicatrice;
- con verbale n. 67/2023 venivano registrate le operazioni relative alla terza seduta pubblica;

**CIO' PREMESSO**

Il giorno **24.07.2023** alle **ore 10.15** si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 686/2023, così composta:

- Presidente: Dirigente Chimico della UOS Laboratorio Chimico - Marco Rizzi;
- Componente: Dirigente Chimico della UOS Laboratorio Chimico - Giuseppina Amato;
- Componente: Tommaso Oteri, Profess. Tecnico Sanitario SC Laboratorio di Prevenzione.

È stato disposto nel Disciplinare di Gara che le sedute si sarebbero tenute con collegamenti in modalità di teleconferenza mediante l'utilizzo di Microsoft Teams.

Pertanto i componenti risultano collegati tramite la suddetta piattaforma.

La Commissione procede alla lettura del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare di gara e avvia l'analisi e la valutazione della documentazione tecnico-qualitativa prodotta dalla società concorrente AB Sciex S.r.l., prendendo atto della presenza dei requisiti minimi offerti. Quindi procede all'attribuzione dei punteggi di cui a pag. 41 e ss del Disciplinare di gara.

**AB Sciex S.r.l.****AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

**CRITERIO PARAMETRO A - Prestazioni cromatografo liquido ad alte prestazioni (U – HPLC) - PUNTI 12****Sub criterio A.1 (punteggio max 8)**

E' stabilito nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi se, per il sistema U-HPLC offerto, vi sia la possibilità di operare con una contropressione di esercizio >1200 bar con flusso ≤ 1 ml/min.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e, al termine, valuta all'unanimità quanto presentato come pienamente adeguato e di ottima rispondenza a quanto richiesto.

Pur prevedendo gli atti di gara – in particolare il Disciplinare – che il punteggio sia attribuito in maniera proporzionale tra gli eventuali partecipanti, con l'applicazione della seguente formula matematica "**punteggio concorrente in esame = 8/(migliore offerta) \* (offerta concorrente in esame)**", essendo la società in esame unico concorrente, la Commissione stabilisce di attribuire alla stessa il **punteggio massimo pari a 8**.

**Sub criterio A.2 (punteggio max 4)**

Nel Disciplinare di gara è previsto che il concorrente indichi se, per il sistema U-HPLC offerto, vi sia la possibilità di operare con un minor volume morto della pompa rispetto al valore indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e, al termine, valuta all'unanimità quanto presentato come pienamente adeguato e di ottima rispondenza rispetto a quanto richiesto.

Pur prevedendo gli atti di gara – in particolare il Disciplinare – che il punteggio venga attribuito in maniera proporzionale tra gli eventuali partecipanti, con l'applicazione della seguente formula matematica "**punteggio concorrente in esame = 4/(migliore offerta) \* (offerta concorrente in esame)**", essendo la società in esame unico concorrente, la Commissione stabilisce di attribuire alla stessa il **punteggio massimo pari a 4**.

**CRITERIO PARAMETRO B - Pulizia e manutenzione dell'interfaccia - Spettrometro di massa a triplo quadrupolo – PUNTI 5****Sub criterio B.1 (punteggio max 5)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se per lo spettrometro offerto, nell'utilizzo routinario, le operazioni di apertura e pulizia della camera di ionizzazione (compreso il cono "spray") avvengano senza interruzione del vuoto e senza l'ausilio di utensili specifici.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto di tale previsione nel sistema offerto.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 5**.

**CRITERIO PARAMETRO C - Prestazioni Spettrometro di massa a triplo quadrupolo – PUNTI 22****Sub criterio C.1 (punteggio max 12)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per lo spettrometro offerto, il valore dell'angolo di curvatura della cella di collisione.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è 180°, valutato all'unanimità pienamente adeguato.

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it  
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Pur prevedendo gli atti di gara – in particolare il Disciplinare – che il punteggio venga attribuito in maniera proporzionale tra gli eventuali partecipanti, con l'applicazione della seguente formula matematica "**punteggio concorrente in esame = 12/(migliore offerta) \* (offerta concorrente in esame)**", essendo la società in esame unico concorrente, la Commissione stabilisce di attribuire alla stessa il **punteggio massimo pari a 12.**

**Sub criterio C.2 (punteggio max 10)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente indichi, per lo spettrometro offerto, il valore del Polarity Switching.

La Commissione dà lettura di quanto proposto dal concorrente e prende atto che il valore dichiarato è  $\leq 5$  ms, valutato all'unanimità pienamente adeguato.

Pur prevedendo gli atti di gara – in particolare il Disciplinare – che il punteggio venga attribuito in maniera proporzionale tra gli eventuali partecipanti, con l'applicazione della seguente formula matematica "**punteggio concorrente in esame = 10/(migliore offerta) \* (offerta concorrente in esame)**", essendo la società in esame unico concorrente, la Commissione stabilisce di attribuire alla stessa il **punteggio massimo pari a 10.**

**CRITERIO PARAMETRO D - Modalità di acquisizione aggiuntive -Spettrometro di massa a triplo quadrupolo – PUNTI 11**

**Sub criterio D.1 (punteggio max 3)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se lo spettrometro offerto sia dotato della capacità di passare da MS (full scan) a MS/MS (incluso MRM, Product Ion Scanning e Neutral Loss Scanning), senza compromettere in alcun modo la qualità del dato in termini di sensibilità.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che nel sistema offerto è prevista tale capacità. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 3.**

**Sub criterio D.2 (punteggio max 8)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per lo spettrometro offerto, sia prevista la possibilità di operare in modalità Product Ion MS/MS/MS.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che nel sistema offerto è prevista tale possibilità. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 8.**

**CRITERIO PARAMETRO E - Caratteristiche prestazionali aggiuntive - Spettrometro di massa a triplo quadrupolo – PUNTI 14**



**Sub criterio E.1 (punteggio max 6)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per lo spettrometro offerto, sia prevista la possibilità di upgrade futura con interfaccia a Mobilità Ionica.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che nel sistema offerto è prevista tale possibilità. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente/non pienamente adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 6.**

**Sub criterio E.2 (punteggio max 3)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per lo spettrometro offerto, sia prevista la possibilità di upgrade futura ad una sorgente di ionizzazione a pressione atmosferica per GC-MS.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che nel sistema offerto non è prevista tale possibilità.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 0.**

**Sub criterio E.3 (punteggio max 5)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari se, per lo spettrometro offerto, sia prevista la possibilità di Utilizzo di un unico gas per il funzionamento di tutto lo spettrometro di massa.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che nel sistema offerto è prevista tale possibilità. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 5.**

**CRITERIO PARAMETRO F - Applicazioni (Software di gestione) – PUNTI 6**

**Sub criterio F.1 (punteggio max 6)**

E' richiesto nel Disciplinare di gara che il concorrente dichiari per il sistema offerto la disponibilità di applicazioni per la determinazione di micotossine in matrici alimentari.

La Commissione dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente e prende atto che viene offerta la disponibilità di tali applicazioni con il dettaglio delle molecole presenti nel metodo e i limiti di quantificazione raggiungibili. Valuta, pertanto, nel complesso e all'unanimità, quanto proposto pienamente adeguato.

Trattandosi di parametro cui è associato un criterio di assegnazione del punteggio di tipo tabellare (ovvero SI/NO), la Commissione **attribuisce un punteggio pari a 6.**



Totale punteggio assegnato all'operatore economico AB Sciex S.r.l.:

Totale Punteggio di Qualità <i>relativo</i>	Totale Punteggio di qualità <i>riparametrato</i>
67,00	70,00

**OPERAZIONI CONCLUSIVE**

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.15

Letto, firmato e sottoscritto:

- Marco Rizzi
- Giuseppina Amato
- Tommaso Oteri

*Marco Rizzi*  
 \_\_\_\_\_  
*Giuseppina Amato*  
 \_\_\_\_\_  
*Tommaso Oteri*  
 \_\_\_\_\_



Class. 1.6.3

**VERBALE N. 71 DEL 27.07.2023**

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO A MEDIO-ALTA SENSIBILITA' INTERFACCIATO CON CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI (U-HPLC) DA INSTALLARE PRESSO LA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE (AREA CHIMICA) DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

**QUARTA SEDUTA PUBBLICA****PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 411 del 20.04.2023 veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC) da installare presso la SC Laboratorio di Prevenzione (area chimica) dell'ATS della Città Metropolitana di Milano per un periodo di 60 mesi;
- entro il termine di scadenza delle offerte (ore 12:00 del 20.06.2023), risultava pervenuta su Piattaforma SinTel un'offerta riconducibile all'operatore economico AB Sciex S.r.l.;
- con verbale n. 50/2023 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta pubblica, in esito della quale veniva attivato il soccorso istruttorio in favore dell'operatore economico concorrente;
- con verbale n. 56/2023 venivano registrate le operazioni relative alla seconda seduta pubblica;
- con Deliberazione n. 686 del 13.07.2023, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procedeva all'ammissione dell'operatore economico e si nominava la Commissione Giudicatrice;
- con verbale n. 67/2023 venivano registrate le operazioni relative alla terza seduta pubblica;
- con verbale n. 68/2023 venivano registrate le operazioni relative alla prima seduta riservata;
- con nota prof. n. 135489 del 26.07.2023, pubblicata su Sintel e sul sito aziendale [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it), veniva dato avviso di convocazione per la quarta seduta pubblica;

**CIO' PREMESSO**

Il giorno **27.07.2023** alle ore **11:05** si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 686/2023, così composta:

- Presidente: Dirigente Chimico della UOS Laboratorio Chimico - Marco Rizzi;
- Componente: Dirigente Chimico della UOS Laboratorio Chimico - Giuseppina Amato;
- Componente: Tommaso Oteri, Prof. Tecnico Sanitario SC Laboratorio di Prevenzione.

E' stato disposto nel Disciplinare di Gara che le sedute si sarebbero tenute con collegamenti in modalità di teleconferenza mediante l'utilizzo di Microsoft Teams.

Pertanto i componenti della Commissione Giudicatrice risultano tutti collegati tramite la suddetta piattaforma.

A tal fine, è stato richiesto al concorrente – con apposita comunicazione attraverso la Piattaforma Sintel - di comunicare un indirizzo mail (non PEC) a cui trasmettere, nel termine assegnato, l'invito a presenziare.

L'operatore economico interessato non ha fornito riscontro, quindi non risulta collegato alla seduta.

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381

e-mail: [gare@ats-milano.it](mailto:gare@ats-milano.it) – PEC: [approvvigionamenti@pec.ats-milano.it](mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it)

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Risultano inoltre presenti presso gli uffici della SC Gestione Acquisti, siti in Via Conca del Naviglio, 45, al IV piano, il RUP Francesco Ozzo, Annarita Intiglietta, che supporteranno la Commissione Giudicatrice nelle operazioni che verranno svolte su Piattaforma Sintel.

Il Presidente riporta ai presenti le risultanze dell'attività di analisi condotta dalla Commissione in ordine alla documentazione tecnica prodotta dal concorrente. In particolare, viene data lettura dei punteggi attribuiti, e segnatamente:

<b>AB Sciex S.r.l.</b>
------------------------

Il dettaglio dei punteggi tecnico-qualitativi assegnati, nonché i relativi giudizi espressi sulle relazioni prodotte dalla società concorrente, sono riportate nel verbale n. 68/2023, al quale, pertanto, si rinvia. Di seguito, per comodità, si riporta esclusivamente il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in esame.

Società	Totale Punteggio di Qualità relativo	Totale Punteggio di qualità riparametrato
AB Sciex S.r.l.	67,00	70,00

### FASE APERTURA BUSTA ECONOMICA

Terminate le suddette operazioni, la Commissione procede all'apertura della busta economica caricata a sistema dall'unico concorrente, procedendo alla lettura dell'offerta economica, di seguito riportata:

Descrizione	A	B	C	D
	Importo a base d'asta 60 mesi complessivo compresi costi da interferenza non soggetti a ribasso (Iva esclusa)	Costi per rischio da interferenza non soggetti a ribasso (Iva esclusa)	Importo negoziabile su cui presentare offerta (Iva esclusa) (A - B)	Importo complessivo offerto al netto dei costi colonna B (Iva esclusa)
Noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC), <b>comprensivo di formazione e garanzia/assistenza tecnica full-risk per 60 mesi</b>	€ 450.046,76	€ 46,76	€ 450.000,00	€ 442.730,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 442.730,00</b>

Viene verificata dalla Commissione la corrispondenza tra i valori relativi ai costi del personale e agli oneri aziendali della sicurezza indicati dal concorrente in Piattaforma Sintel e nell'Allegato B-Offerta Economica.

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 - Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381

e-mail: gare@ats-milano.it - PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969





In aggiunta, come richiesto dall'art 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, la società AB Sciex S.r.l. indica, nell'apposito campo previsto nell'Allegato B dell'offerta economica, il valore di riscatto offerto per la strumentazione in parola pari a **€ 45.000,00** (Iva esclusa) - quindi confermativo rispetto al valore di riferimento massimo posto a base di riscatto - quale opzione eventualmente da attivarsi a fine periodo contrattuale, esercitabile unilateralmente e ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

La Commissione prende, in ultimo, atto che l'offerta presentata dall'operatore in parola non viene automaticamente segnalata dalla Piattaforma Sintel come versante in condizioni di sospetta anomalia.

**OPERAZIONI CONCLUSIVE**

Terminata l'apertura della busta economica, si propone l'aggiudicazione per la società AB Sciex S.r.l.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore **11:25**.

Letto, firmato e sottoscritto:

Marco Rizzi

Giuseppina Amato

Tommaso Oteri