

N.	STRUMENTO	CODICE	COSTRUTTORE	MOD./ N. SERIE	ANNO DI INSTALLAZIONE	FREQUENZA	ULTIMA MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE PREVENTIVA	MANUTENZIONE CORRETTIVA
1	Cappa a flusso laminare	CFL-009	Gelaire ICN Biomedicals	L01W61805	1996	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
2	Cappa a flusso laminare	CFL-010	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@felow 1.8 I02L23N1088	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
3	Cappa a flusso laminare	CFL-011	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@felow 1.8 I02L23N1091	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
4	Cappa a flusso laminare	CFL-012	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.5 I02L23N2066	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
5	Cappa a flusso laminare	CFL-013	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.5 I02L23N2067	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
6	Cappa a flusso laminare	CFL-014	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@felow 1.8 I02L23N1086	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
7	Cappa a flusso laminare	CFL-015	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@felow 1.8 I02L23N1087	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
8	Cappa a flusso laminare	CFL-016	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2625	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
9	Cappa da laboratorio	CFL-017	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2619	2009	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
10	Cappa da laboratorio	CFL-018	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2620	2009	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
11	Cappa da laboratorio	CFL-019	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2618	2009	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
12	Cappa da laboratorio	CFL-020	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2622	2009	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
13	Cappa da laboratorio	CFL-021	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2624	2009	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
14	Cappa da laboratorio	CFL-022	EUROCLONE Spa - Divisione BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2621	2009	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
15	cappa a flusso laminare	CFL-023	BIOAIR	Mod. S@femate 1.2 J02L56N2623	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
16	Cappa per condizionamento o filtro	CFL-031	Aquaria	Mod. Activia Climatic CILS008	2018	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
17	Cappa chimica	CCH-005	Gelaire	Mod. AIRONE WHITE 10756	1988	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
18	Cappa chimica	CCH-018	Labosystem	Mod. 5003/2V 09/013/14A	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
19	Cappa chimica	CCH-019	Labosystem	Mod. 5003/2v 09/013/14B	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
20	Cappa chimica	CCH-020	Labosystem Typhoon	Mod. 5002/2V 09/013/15A	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
21	Cappa chimica	CCH-021	Labosystem Typhoon	Mod. 5002/2V 09/013/15B	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
22	Cappa chimica	CCH-022	Labosystem Typhoon	Mod. 5003/2v 09/013/14D	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
23	Cappa chimica	CCH-023	Labosystem Typhoon	Mod. 5003/2v 09/013/14C	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	Ripristino delle condizioni di corretta aspirazione attualmente sotto specifica minima
24	Cappa chimica	CCH-024	Labosystem Typhoon	Mod. 5002/2V 09/013/15E	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-

25	Cappa chimica	CCH-025	Labosystem Typhoon	Mod. 5003/2v 09/013/14H	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
26	Cappa chimica	CCH-026	Labosystem Typhoon	Mod. 5003/2v 09/013/14G	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
27	Cappa chimica	CCH-027	Labosystem Typhoon	Mod. 5002/2V 09/013/15D	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	Ripristino delle condizioni di corretta aspirazione attualmente sotto specifica minima
28	Cappa chimica	CCH-028	Labosystem Typhoon	Mod. 5002/2V 09/013/15C	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	Ripristino delle condizioni di corretta aspirazione attualmente sotto specifica minima
29	Cappa chimica a filtri assoluti	CCH-029	Labosystem Typhoon	Mod. 5003/2v 09/013/14I	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
30	Cappa chimica	CCH-040	Labosystem Typhoon	Mod. 5003/2v 09/013/14E	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
31	Cappa chimica	CCH-041	Labosystem Typhoon	Mod. 5002/2V 09/013/14F	2010	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
32	Cappa chimica	CCH-042	asalair	Mod. Green cover GC 8046	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
33	Cappa chimica	CCH-043	asalair	Mod. Carbo 900 Exhaust 1598	2008	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
34	Cappa chimica	CCH-049	realizzata da ATS UOC manutenzioni ed Utilities	nd	2020	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
35	Impianto aspirazione ICP	CCH-015	GSM	GSG4380	2006	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
36	Impianto aspirazione SAA	CCH-016	GSM	GSG4381	2006	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
37	Impianto aspirazione	CCH-030	GSM	Mod. 4385 GSG4385	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
38	Impianto aspirazione	CCH-031	GSM	Mod. 4384 48202	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
39	Impianto aspirazione	CCH-032	GSM	Mod. 4382 48156	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
40	Impianto aspirazione	CCH-033	GSM	Mod. 4383	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
41	Impianto aspirazione	CCH-034	GSM	Mod. 4386 55395	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
42	Impianto aspirazione	CCH-035	GSM	Mod. 4387	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
43	Impianto aspirazione	CCH-036	GSM	Mod. 4388 55411	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
44	Impianto aspirazione	CCH-037	GSM	Mod. GSG4389 55412	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-
45	Impianto aspirazione	CCH-038	GSM	Mod. GSG4390 55413	-	ANNUALE	GENNAIO 2023	Da effettuare come indicato nella Scheda tecnica	-