

Class. 1.6.3

AVVISO DI INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA ACQUISITIVA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 1 CROMATOGRFO IONICO BICOLONNA PER ANIONI E CATIONI CON AUTOCAMPIONATORE DA DESTINARE ALLA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE.

PREMESSA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS Milano) intende esperire una indagine preliminare di mercato per l'affidamento della fornitura, con annessi installazione e collaudo, di un cromatografo ionico bicolonna per anioni e cationi con autocampionatore.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura d'acquisto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi tramite Piattaforma Sintel.

Pertanto, la presente indagine preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto, ma volta a:

- agevolare la preparazione dell'affidamento e lo svolgimento della relativa procedura;
- informare gli operatori economici dell'intendimento della Stazione Appaltante di voler affidare la fornitura in oggetto;
- verificare l'esistenza di operatori economici in grado di svolgere le prestazioni richieste in quanto in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali necessari.

La Stazione Appaltante si riserva, successivamente agli esiti del presente avviso, di avviare specifica procedura acquisitiva che verrà proposta nella forma di procedura di affidamento previa richiesta di preventivi (art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.).

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma persegue lo scopo di esplorare, da un punto di vista prestazionale ed economico, le possibilità offerte dal mercato. Per tale motivo, il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche di alcun tipo, né fa sorgere, in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine, diritti, aspettative, titoli, pretese preferenze, né tanto meno vincola l'Amministrazione o fa sorgere, a suo carico, obblighi negoziali.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente che potrà sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per le motivazioni innanzi esposte:

- agli informali preventivi di spesa presentati dagli operatori economici che intendono partecipare all'indagine di mercato avviata con il presente avviso non verrà attribuito alcun punteggio;
- non sarà stilata alcuna graduatoria di merito dei predetti preventivi.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



L'ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva, pertanto, di non indire alcuna procedura acquisitiva in caso di attivazione, da parte dei Soggetti Aggregatori nazionale e regionale – Consip S.p.A. e ARIA S.p.A. – di Convenzione o altro strumento d'acquisto, e laddove tale fornitura non risultasse più di interesse dell'Amministrazione sulla base di un insindacabile giudizio della stessa.

Il presente avviso è pubblicato - nel rispetto della normativa vigente, nonché del principio della non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza ed al fine di consentire la partecipazione del maggior numero di operatori economici interessati - sul sito internet di questa Amministrazione nella sezione *Bandi di Gara* al link <https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara> e in *Piattaforma Sintel*.

Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738.

Per poter partecipare alla presente indagine di mercato e alla successiva procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere iscritto all'Elenco Fornitori Telematico di Regione Lombardia, sulla Piattaforma Sintel. La registrazione è effettuata in modalità esclusivamente telematica e gratuita, secondo quanto indicato nel manuale utente/fornitore reperibile sul sito internet dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti al link Home – ARIA (ariaspa.it), al quale si rimanda integralmente per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti alle funzionalità del sistema e le modalità di invio della manifestazione di interesse.

Si precisa che l'avvio della procedura è vincolata al ricevimento da parte di questa Amministrazione delle risorse del PNC "Piano Nazionale Complementare". Pertanto, se tali contributi non venissero erogati, l'ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva di non procedere all'espletamento della procedura o alla sua aggiudicazione, senza che l'operatore economico partecipante all'indagine preliminare di mercato abbia nulla a pretendere.

Ai fini della partecipazione della presente indagine si forniscono le informazioni relative ai requisiti richiesti.

Gli operatori economici, nel partecipare alla presente indagine preliminare di mercato, prendono atto che, la presentazione della manifestazione di interesse equivale a manifesta dichiarazione di:

- a. essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* e dal *"Codice di comportamento dei dipendenti della ATS della Città Metropolitana di Milano"*, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n. 81/2023, disponibili sul sito istituzionale al link *"Amministrazione trasparente"*, che devono ritenersi estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi in favore di questa Agenzia;
- b. non incorrere, a pena di inammissibilità, in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c. ove prevista, possedere il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività connesse all'oggetto del presente avviso.

Gli operatori economici, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, dichiarano, altresì, di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte e che gli eventuali partecipanti alla indagine di mercato così indetta non acquisteranno alcun diritto a prendere parte alla procedura che la SA avrà facoltà di avviare all'esito della indagine stessa.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

§ 1 Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Requisiti di ordine generale

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i.

1.2 Pari opportunità

Con riguardo agli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, l'art. 47 del DL n. 77/2021 (come novellato dalla legge di conversione n. 108/2021), prevede specifica disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici. Il comma 8 del citato art. 47 stabiliva che, con linee guida da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DL n. 77/2021, sarebbero stati definiti le modalità e i criteri applicativi, indicate le misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nella documentazione di gara.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 è stato quindi pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante *“Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare”*. Le Linee guida prevedono l'applicazione di clausole all'interno della documentazione di gara, tra le quali, l'obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all'attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne.

In ottemperanza a tali indicazioni, in caso di partecipazione alla successiva procedura:

- a) **l'operatore economico che occupa oltre cinquanta dipendenti dovrà produrre, a pena di esclusione**, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
- b) **l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta dovrà dichiarare**, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D. L. 77/2021 e, altresì, l'interdizione di 12 mesi dalla partecipazione ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNC;
- c) **l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti dovrà dichiarare**, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del D.L. 77/2021, di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D. L. 77/2021;
- d) **l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti dovrà dichiarare**, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999.

Si precisa che con la locuzione “conclusione del contratto” si intende il momento della stipula dello stesso (art. 1326 c.c.) (in tal senso si veda parere del, MIMS n. 1203/2022)

Oltre alla suddetta documentazione, l'operatore economico, in caso di partecipazione a successiva procedura, dovrà espressamente dichiarare:



- e) di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'arco temporale di esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione delle prestazioni finanziate con risorse PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

Sull'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si segnala il parere del **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** che ha precisato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNC vale solo per le "assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali". Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

§ 2 – Oggetto dell'avviso

Il sistema dovrà possedere le seguenti componenti e caratteristiche principali, pena l'esclusione dalla fase di affidamento. Inoltre, tutta la strumentazione proposta dev'essere di nuova fabbricazione.

Il sistema deve essere costituito da 2 unità strumentali identiche ed intercambiabili, una destinata all'analisi di specie anioniche ed una destinata all'analisi di specie cationiche, controllate da un unico software e connesse ad un unico autocampionatore abilitato ad iniettare su entrambe le strumentazioni contemporaneamente e avere la possibilità di utilizzare ciascun strumento sia in modalità analitica anionica che in modalità analitica cationica al fine di non fermare la produttività analitica nel caso di guasto di uno dei due strumenti; pertanto tutti gli accessori quali colonne, pre-colonne e soppressori dovranno poter essere montati indifferentemente su ciascun strumento.

Ciascuna unità di cromatografia ionica dovrà essere configurata con le seguenti caratteristiche minime:

- Pompa a doppio pistone;
- Detector a conducibilità completo di cella termostata;
- Sistema di degasaggio eluente incorporato;
- Valvola intercettazione eluente controllata elettricamente;
- Valvola di iniezione controllata elettricamente;
- Sistema di soppressore per la linea anionica;
- Sistema di soppressione per la linea cationica;
- Colonna e pre-colonna sia per anioni che per cationi ed autocampionatore;
- Software di gestione ed acquisizione dati;
- Piattaforma hardware completa.

I sistemi analitici devono essere completamente inerti e non presentare parti metalliche nei componenti della fluidica, per assicurare compatibilità con qualsiasi eluente e garantire la non contaminazione data dai metalli.

Il sistema deve garantire per ciascun analita il raggiungimento dei limiti di quantificazione su matrici acquose indicati nei seguenti metodi ufficiali:

1. APAT-IRSA-CNR Manuale 29/2003 sezione 3030 - Determinazione dei Cationi (Sodio, Litio, Ammonio, Potassio, Magnesio, Calcio) Mediante Cromatografia Ionica;
2. APAT-IRSA-CNR Manuale 29/2003 sezione 4020- Determinazione di Anioni (Fluoruro, Cloruro, Nitrito, Bromuro, Nitrato, Fosfato, Solfato, Clorito) Mediante Cromatografia Ionica.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



I composti elencati nel seguito dovranno poter essere acquisiti, risolti e quantificati in una unica corsa analitica per quello che attiene gli anioni ed in una unica corsa analitica per quello che attiene i cationi.

	Range di concentrazione mg/L	CV% LOQ e LL	Esattezza
Fluoruro	0,10 ÷ 10,0	10	10
Clorito	0,05 ÷ 1,0	10	10
Cloruro	1 ÷ 100	10	10
Nitrato	1 ÷ 100	10	10
Nitrito	0,05 ÷ 5	10	10
Solfato	1 ÷ 100	10	10
Ammonio	0,1 – 1	10	10
Sodio	1 – 50	10	10
Potassio	0,5-10	10	10
Magnesio	1-50	10	10
Calcio	1-100	10	10

Per ciascun picco cromatografico dovranno essere assicurati i seguenti parametri cromatografici:

- fattore di risoluzione: $R > 1,3$ per i cationi e $R > 1.3$ per gli anioni

Dovrà essere garantita una cromatografia completa campione-campione in un tempo non superiore a 40 minuti dopo analisi completata del primo campione.

Queste caratteristiche e performance analitiche verranno verificate e saranno oggetto di collaudo.

2.1 - Caratteristiche fondamentali ed irrinunciabili:

Di seguito vengono indicate le caratteristiche tecniche minime di ciascun strumento:

Sistema di pompaggio

- pompa isocratica doppio pistone seriale in materiale inerte (PEEK) compatibile con soluzioni acquose e solventi organici nell'intervallo di pH 0-14
- intervallo di flusso, almeno, da 0,05 a 5 mL/min
- riproducibilità flusso $< 0,1\%$
- pulsazione della pressione $< 1\%$ a 1 mL/min
- equipaggiata con sensore di perdite
- massima pressione operativa 4000 psi misurata e visualizzata via software
- controllo delle funzioni della pompa mediante software residente su PC remoto

Alloggiamento per gli eluenti

- sistema di degasaggio incorporato senza l'ausilio di gas esterni
- alloggiamento per gli eluenti e bottiglie almeno da 2L.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Nella fornitura dovranno essere comprese 4 bottiglie da 2 L per l'alloggiamento degli eluenti. Le bottiglie dovranno essere corredate di tappi di sicurezza per evitare la dispersione nell'ambiente dei vapori degli eluenti. Dovranno essere fornite anche 2 taniche per la raccolta degli eluenti esausti anch'esse dotate di tappi di sicurezza.

Sistema di iniezione e separazione

- valvola di iniezione automatica tipo Reodyne, in Peek, controllata mediante software da PC
- il sistema deve essere dotato di specifica predisposizione all'alloggiamento di una valvola a 6 o 10 vie opzionale, con loop interscambiabili di volumi differenti
- n. 1 pre-colonna e n. 1 colonna di separazione anionica e cationica in grado di separare e quantificare simultaneamente tutti i parametri richiesti, in un compartimento termostatabile (range di temperature 30 – 60 °C, con precisione di ± 0.5 °C ed accuratezza di ± 0.5 °C misurata a 40°C).

Rivelatore conduttimetrico

- cella conduttimetrica termostata (range di T in °C 30 – 55)
- stabilità della temperatura $\pm 0,01$ °C
- risoluzione $< 0,1$ nS/cm
- volume della cella minore o uguale di 1 uL
- range di misura da circa 0,1 a 15000 uS/cm
- Rumore elettronico $\pm 0,1$ nS/cm
- materiale della cella e tubi di collegamento in PEEK compatibile con valori di pH nel campo 0-14
- autocompensazione della temperatura della cella
- acquisizione dati e controllo delle funzioni del rivelatore mediante software da PC. Il sistema deve consentire di adattare automaticamente il range di misura della conducibilità senza dover impostare in alcun modo l'asse di lettura (sistema di adeguamento automatico).

Sistema di soppressione

Sistema di soppressione della conducibilità dell'eluente sia per la linea anionica che per la linea cationica in grado di gestire eluenti di elevata forza ionica.

Autocampionatore

L'autocampionatore dovrà essere realizzato in materiale inerte (PEEK) compatibile con eluenti acquosi nel range di pH 0-14 e con solventi organici per fase inversa e deve essere in grado di lavorare liberamente sulle coordinate X, Y e Z nonché essere interamente gestito da software. Il campionatore deve poter ospitare un sistema di lettura in linea di pH e Conducibilità con possibilità di trasferimento automatico del dato al software cromatografico per essere inserito unitamente ai dati analitici di anioni e cationi.

Inoltre, dovrà:

- avere modalità di iniezione Full Loop e Partial Loop in modalità PUSH e PULL
- essere in grado di alloggiare vials da almeno 1,5 ml;
- essere in grado di alloggiare vials di volumi differenti contemporaneamente;
- garantire l'utilizzo di vials chiusi da apposito tappo e setto per evitare la contaminazione dei campioni.
- garantire un accesso random su di un numero di alloggiamenti non inferiore a 80;
- consentire l'iniezione del campione in automatico sulle due linee analitiche in modo simultaneo, parallelo e sequenziale;



- essere in grado di iniettare fino a 100 µL con incrementi di 0.1 µL nel range tra 1 e 100 µL;
- essere in grado di iniettare con apposita siringa e linea di caricamento fino a 7500 µL con incrementi di 1 µL nel range tra 100 e 7500 µL;
- garantire la possibilità di effettuare diluizioni automatiche del campione da 1:1 a 1:1000 (Garantire una tecnica preparativa on line. Tale tecnica deve permettere di tarare lo strumento da un unico standard (multistandard contenente tutti gli analiti di interesse a diverse concentrazioni a partire da diversi standard madre alla stessa concentrazione e permettere di re iniettare senza alcun intervento esterno il campione che risultasse fuori range di taratura in uso al fine di farlo rientrare nella retta. A tal fine si richiede la possibilità di diluire automaticamente il campione e la possibilità di iniettarne un volume ridotto in automatico)
- garantire la possibilità di aggiunta automatica di standard interno o derivatizzante
- Carryover < 0.01%
- poter modificare la sequenza analitica in itinere
- possedere un sistema di filtrazione in linea.

PC, monitor, stampante e unità periferiche

Devono essere forniti un computer desktop con le seguenti specifiche minime:

- Hard Disk ≥ 2000 GB
- WLAN (WIFI)
- Processore Quad Core Family o superiore
- RAM ≥ 16 GB
- Scheda grafica ≥ 512 MB
- Monitor 24"
- Stampante laser
- Uscita audio
- DVD Writer
- ≥ 3 USB 2.0
- ≥ 1 USB 3.0
- Doppia scheda LAN 100/1000 Mbit/s
- Sistema operativo versione 64-bit minimo Windows 10

Software di gestione

- Software della versione più recente in commercio abilitato a gestire contemporaneamente almeno due linee analitiche ed operante in sistema Windows o sistema operativo equivalente della versione più recente compatibile presente in commercio
- controllo completo di tutto il sistema cromatografico, compresa la diagnostica del corretto funzionamento dei diversi dispositivi (pompe, rivelatori)
- gestione delle sequenze di lavoro e modifica delle stesse anche durante lo svolgimento delle analisi
- possibilità di analizzare e gestire i dati anche durante l'esecuzione delle analisi
- acquisizione in digitale del segnale cromatografico e gestione dei parametri operativi dello strumento
- gestione della calibrazione multilivello e multicomponente con possibilità di impiegare differenti tipologie di funzioni di interpolazione (es lineare, quadratica, cubica, ecc.)
- protocollo di validazione metodi integrato secondo normative di riferimento
- gestione dei cromatogrammi salvati per operazioni di ottimizzazione e reintegrazione.
- visualizzazione contemporanea di più cromatogrammi per operazioni di comparazione

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- algoritmi di calcolo impiegati validati
- possibilità di aggiornare il software per inserire nel report di stampa formule di calcolo (es. calcolo della durezza)
- database interno di archiviazione dei report analitici
- conforme alla GLP per la rintracciabilità dei dati.
- esportazione/importazione dati almeno in formato excell o open calc, pdf, csv
- il software di gestione deve includere la creazione, popolamento e gestione delle carte di controllo
- interfacciabilità con sistemi LIMS per il trasferimento dei dati analitici in fogli di calcolo
- possibilità di riconoscimento dei fuori limite
- possibilità di personalizzare le metodiche

Training formativo

Dovrà essere incluso training formativo per la durata complessiva di 4 giorni (2 standard e 2 supporto metodica/applicativo).

Il training dovrà essere portato a termine presso la sede di utilizzo, anche in sezioni differite, a seguire dell'installazione e collaudo della strumentazione.

Le date e lo svolgimento delle attività formative dovranno essere concordate con i responsabili di laboratorio.

All'installazione dovrà essere fornito il metodo per la determinazione degli analiti comunemente richiesti dalla vigente normativa di riferimento (vedi punto 1) in campioni di acque potabili; in particolare dovranno essere riprodotti i test sopra richiesti.

Garanzie

Si richiede che tutti i servizi forniti, tra cui: installazione, formazione, supporto specialistico, manutenzione preventiva, manutenzione correttiva e la **fornitura di parti e consumabili di tutto il sistema analitico**, siano gestiti/garantiti dallo stesso fornitore senza oneri aggiuntivi.

- È richiesto un periodo di garanzia pari almeno a 36 mesi comprendente interventi correttivi illimitati e n. 1 intervento di manutenzione preventiva annuale (per un totale di n. 3 nel corso del periodo di garanzia). Negli interventi correttivi si intendono inclusi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessari per ripristinare le ottimali prestazioni dello strumento.
- Durante la durata della garanzia dovrà essere compresa la fornitura di tutti le parti di ricambio che dovessero rendersi necessari nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria e nonché correttive e preventiva.
- Alla conclusione dell'ultimo mese di garanzia, dovrà essere effettuata la seconda visita di manutenzione preventiva completa di tutto il sistema atto al perfetto ripristino dello stesso.
- I tempi d'intervento devono essere massimo di 3 giorni lavorativi dalla segnalazione al fornitore.

§ 3 – Valore della fornitura

Il valore massimo della fornitura viene determinato dall'Amministrazione in € 93.750,00 (Iva esclusa), comprensivo degli eventuali costi da interferenza, non soggetti a ribasso, che verranno indicati in fase di specifica procedura acquisitiva.

§ 4 -Termine e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito descritte.

Ciascun operatore economico interessato dovrà inviare alla Stazione Appaltante:

- l'Allegato A – Dichiarazione sostitutiva - debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- l'Allegato B – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali – sottoscritto digitalmente;
- quotazione economica – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'operatore economico;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- scheda tecnica della strumentazione proposta.

La documentazione sopra descritta dovrà pervenire, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, **entro le ore 12.00 del giorno 11.12.2023** tramite Piattaforma Sintel.

Procedura di selezione degli operatori economici

Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la presentazione di documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità. Ove venissero accertate dichiarazioni mendaci, l'operatore economico verrà escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

In ogni caso, l'Amministrazione avrà piena facoltà di:

- invitare o meno all'eventuale procedura competitiva i partecipanti alla presente indagine preliminare di mercato;
- non procedere all'espletamento della relativa procedura competitiva;
- effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque.

La procedura di aggiudicazione avverrà esclusivamente attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di Sintel. Pertanto, gli operatori economici dovranno essere abilitati ad operare sul sistema di e-Procurement Sintel o procedere, in tempo utile, alla relativa abilitazione.

§ 5 – Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso pubblico esplorativo.

§ 6 - Altre informazioni

Per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, è l'Avv. Francesco Ozzo – Direttore SC Gestione Acquisti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Annarita Intiglietta email: aintiglietta@ats-milano.it tel. 02/8578.2405.

Sono allegati al presente Avviso:

- Allegato A – Dichiarazione sostitutiva
- Allegato B – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Il Direttore SC Gestione Acquisti

Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Ozzo

Funzionario Istruttore: Annarita Intiglietta

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC GESTIONE ACQUISTI

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969